

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Nyilvános ülés anyaga
Név szerinti szavazás szükséges

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

ROHU egészségügyi eszköz-beszerezés megismételt közbeszerzési eljárása eredményének megállapítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelenleg is folyamatban van a Berettyóújfalu belterület 1574 helyrajzi számú ingatlanon a berettyóújfalui strand, uszoda és gyógyvizes fürdő fejlesztése, melynek keretében az uszoda épület fejlesztés magában foglalja a medencecsarnok épületének felújítását, bővítését fedett gyógyvizes medencével, a fejpület bővítését és felújítását, a földszinten az öltözőblokk korszerűsítését és a medencecsarnokhoz kapcsolódóan wellness blokk bővítését szaunákkal (finn szauna, gőzkabin, infra szauna, sókabin, stb.), merülő medencével, zuhanyokkal.

A ROHU449 azonosítószámú "Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor Country, improvement of access and development in health care services in case of me-dical interventions for emergency situations- FA Phase", acronim IPHEALTH – FA Phase elnevezésű projekt keretében kerül sor a fürdőfejlesztéshez kapcsolódóan rehabilitációs eszközök beszerzésére.

A beszerzés rehabilitációs mozgásterápiás és gyógytorna eszközöket (1. rész), hidroterápiás és víz alatti terápiás eszközöket (2. rész), rehabilitációs technológiai berendezéseket és mobiliákat (3. rész) és rehabilitációs medikai terápiás eszközöket (4. rész) foglal magában nettó 503.625 EUR becsült értékben.

Ajánlatkérő 2022. június 27. napján uniós, nyílt közbeszerzési eljárást indított a tárgyban megjelölt címmel az EKR rendszerben.

Az ajánlati felhívásban meghatározott határidőig, 2022. augusztus 2. 10.00 óráig az 1. 2. 3. és 4. részajánlat tekintetében kettő-kettő (2-2) ajánlattevő az EKR-ben benyújtotta ajánlatát.

A Képviselő-testület a 164/2022. (IX. 29.) önkormányzati határozatával az 1. és 2. részajánlatok tekintetében a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánította az eljárást tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. A 3. és 4. részek tekintetében a szerződések megkötésre kerültek a nyertes ajánlattevőkkel nettó 108.957 EUR és nettó 179.694 EUR értékben.

Az eredménytelen 1. és 2. részajánlat tekintetében megismételt uniós eljárásrendű, nyílt közbeszerzési eljárás került megindításra 2022. október 19-én, 2 részajánlattétel lehetőségével, az alábbi eszközökre vonatkozóan.

1. rész: Rehabilitációs mozgásterápiás és gyógytorna eszközei

Megnevezés db

Csoportos gyógytorna eszközök 8

Teremkerékpár 3

Futópad kapaszkodóval (állítható) 2

Teremkerékpárhoz és futópadhoz szoftvercsomag és számítógép összeállítás

Bordásfal 4

Tornaszőnyeg 12

Korrektív tükör, mobil 2

Redcord Professzionális munkaállomás kezelőággal 2

Krioterápiás készülék 1

Járókeretek 3

Könyökmankók párban 3

Hónaljmanók párban 3

2. rész: Hidroterápia és víz alatti terápia eszközei

Megnevezés db

Tangentoros kád 2

Mobil Tangentor (mobil) 2

Hydroxeur 1

Kádrövidítő, állítható 3

Rozsdamentes fellépő 4

Szénsavkád 1

Szaturátor, kompletten 1

Iszapkeverő berendezés 2

Iszaphordó kocsis 2

Tároló szekrény 2

Iszapkezelő ágy 4

Iszaptároló kocsis 1

Négyrekeszes galván 1

Tároló állvány, fém vázas 2

Súlyszállító kocsis 1

Víz alatti végtag rehabilitációs eszköz - dupla 4

Víz alatti végtag rehabilitációs eszköz - szimpla 4
Vízalatti egyensúlyozó korong 4
35 Vízalatti felső végtag rehabilitációs eszköz 4
36 Vízalatti steppad 6
37 Vízalatti öv 9
38 Víz alatti végtag rehabilitációs eszköz 4

Az ajánlati felhívásban meghatározott határidőig, 2022. november 23-ig az 1. és 2. részajánlatok tekintetében kettő-kettő ajánlat érkezett.

A megajánlásokat az EKR rendszer által generált, mellékelten megküldött bontási jegyzőkönyv tartalmazza.

I. AZ AJÁNLAT MEGFELELŐSÉGE, ÉRVÉNYESSÉGE, AJÁNLATTEVŐ ALKALMASSÁGA:

1. és 2. részajánlat tekintetében:

Ajánlatkérő 2022. december 07. napján 1. sz. hiánypótlási felhívást küldött meg az 1. és 2. részajánlat tekintetében az **OMSZÖV-MEDIC Orvostechnikai Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (1081 Budapest, Kenyérmező utca 6.) és az **ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (1138 Budapest Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303 25721/9/B/299) ajánlattevők részére az EKR-rendszerben, amelynek határideje 2022. december 12. (hétfő) 12.00 óra volt.

A hiánypótlási felhívásnak az 1. és 2. részajánlat tekintetében az **OMSZÖV-MEDIC Orvostechnikai Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (1081 Budapest, Kenyérmező utca 6.) ajánlattevő megfelelően és határidőben eleget tett.

A hiánypótlási felhívásnak 2. részajánlat tekintetében az **ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (1138 Budapest Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303 25721/9/B/299) ajánlattevő megfelelően és határidőben eleget tett.

A hiánypótlási felhívásnak 1. részajánlat tekintetében az **ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (1138 Budapest Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303 25721/9/B/299) ajánlattevő határidőben nem tett eleget.

Érvénytelen ajánlat:

1. részajánlat tekintetében:

ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1138 Budapest Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303 25721/9/B/299)

A hiánypótlási felhívásnak 1. részajánlat tekintetében az **ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (1138 Budapest Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303 25721/9/B/299) ajánlattevő határidőben nem tett eleget így nem támasztotta alá a 7. értékelési részszerpontra tett megajánlását. Az ajánlatban becsatolt, a 7. értékelési részszerpontra „7.Futópad kapaszkodóval: Gyakorló programokon kívül tesztprogramokkal is rendelkezik, pl. 6 perces sétateszt” megajánlott paraméter meglétének igazolására szolgáló, az ajánlatban becsatolt termékismertető „a tesztprogramokkal is rendelkezik, pl. 6 perces sétateszttel is” paraméter alátámasztására vonatkozóan semmilyen adatot nem tartalmazott. Ezen megajánlását ajánlattevő a hiánypótlás során sem igazolta.

Továbbá a hiánypótlás nem teljesítésével nem került benyújtásra a javított ábrás termékismertető, így a 3. Teremkerékpár, 4. Futópad kapaszkodóval, 7. Redcord professzionális munkaállomás kezelőággal megajánlott termékekre vonatkozóan nem kerültek alátámasztásra azok előírt és ajánlattevő által megajánlott paraméterei.

A fentiekre tekintettel az **ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (1138 Budapest Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303 25721/9/B/299) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

Érvényes, megfelelő ajánlat, szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő:

1. részajánlat tekintetében:

Közbeszerzési-jogi szempontból az **OMSZÖV-MEDIC Orvostechnikai Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (1081 Budapest, Kenyérmező utca 6.) ajánlata hiánypótlást követően hiánytalan és megfelelő, a szerződés teljesítésére alkalmas.

A Kbt. 72. § szerinti aránytalanul alacsony ár vagy egyéb aránytalan vállalás indoklására nem volt szükség. A Kbt. 71. § (11) bekezdése alapján számítási hiba kijavítására nem került sor.

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrizte a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is, és megállapította, hogy az **OMSZÖV-MEDIC Orvostechnikai Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (1081 Budapest, Kenyérmező utca 6.) ajánlattevő nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, ajánlata közbeszerzési-jogi szempontból megfelelő, érvényes és az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas.

A benyújtott dokumentumokat alátámasztják a minőségi értékelési szempontokra tett megajánlást.

Tekintettel arra, hogy az ajánlatok és a hiánypótlás során beadott dokumentumok tartalmazták az alkalmassági követelmények igazolásait és a kizáró okokról szóló közjegyző által hitelesített nyilatkozatot, így a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekmények alkalmazására nem került sor.

Megállapítható volt, hogy a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a tárgyi közbeszerzési eljárásban az **OMSZÖV-MEDIC Orvostechnikai Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (1081 Budapest, Kenyérmező utca 6.) tette a legkedvezőbb ajánlatot.

2. részajánlat tekintetében:

Ajánlatkérő megvizsgálta az első helyen álló ajánlattevő ajánlatát az ajánlati felhívásban szereplő megfelelési, érvényességi és alkalmassági szempontok alapján és megállapítható, hogy közbeszerzési-jogi szempontból az **ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (1138 Budapest Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303 25721/9/B/299) ajánlata hiánypótlást követően hiánytalan és megfelelő, a szerződés teljesítésére alkalmas.

A Kbt. 72. § szerinti aránytalanul alacsony ár vagy egyéb aránytalan vállalás indokolására nem volt szükség. A Kbt. 71. § (11) bekezdése alapján számítási hiba kijavítására nem került sor.

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrizte a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is, és megállapította, hogy az **ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (1138 Budapest Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303 25721/9/B/299) ajánlattevő nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, ajánlata közbeszerzési-jogi szempontból megfelelő, érvényes és az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas.

A benyújtott dokumentumokat alátámasztják a minőségi értékelési szempontokra tett megajánlást.

Tekintettel arra, hogy az ajánlatok és a hiánypótlás során beadott dokumentumok tartalmazták az alkalmassági követelmények igazolásait és a kizáró okokról szóló közjegyző által hitelesített nyilatkozatot, így a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekmények alkalmazására nem került sor.

Megállapítható volt, hogy a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján a tárgyi közbeszerzési eljárásban az **ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (1138 Budapest Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303 25721/9/B/299) tette a legkedvezőbb ajánlatot.

Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívás III.1.2) szereplő VI.3.4. pont 9. alpontjában előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő az alábbi ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, annak érvényességét nem vizsgálata:

-OMSZÖV-MEDIC Orvostechnikai Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1081 Budapest, Kenyérmező utca 6.).

II. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE:

1. és 2. részajánlat tekintetében:

Az eljárást javasoljuk eredményessé nyilvánítani mindkét részajánlat tekintetében, mivel a rendelkezésre álló pályázati forrás elegendő az ajánlati árra. Továbbá az eljárás nyertesének javasoljuk, és a szerződések megköthetőek az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőkkel az alábbi ajánlati értékekkel:

1. részajánlat tekintetében:

Ajánlattevő neve: OMSZÖV-MEDIC Orvostechnikai Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1081 Budapest, Kenyérmező utca 6.)

Ajánlattevő székhelye: 1081 Budapest, Kenyérmező utca 6.

Az ajánlat értékelési részszerint tartalmi elemei:

1. Nettó ajánlati ár (EUR-ban megadva): 70 087

2. Teremkerékpár: A páciens túlterhelésének elkerülése miatt a „forgatónyomaték” állandó értéken tartható (igen /nem): Igen

3. Teremkerékpár: Chipkártyás páciens azonosítás gyors, automatikus és menürendszerben való dokumentálást nem igénylő módon (igen /nem): Igen

4. Teremkerékpár: A szoftvercsomag kompatibilis a teremkerékpáron és a futópadon kívül más eszközökkel is bővíthetőséget biztosítva a későbbiekben (igen /nem): Igen

5. Futópad kapaszkodóval: Chipkártyás páciens azonosítás gyors, automatikus és menürendszerben való dokumentálást nem igénylő módon (igen /nem): Igen

6. Futópad kapaszkodóval: Automatikusan beállítja a sebességet a pácienshez a vezérlőpanel érintése nélkül (igen /nem): Igen

7.Futópad kapaszkodóval: Gyakorló programokon kívül tesztprogramokkal is rendelkezik, pl. 6 perces sétateszt (igen /nem): Igen

8.Futópad kapaszkodóval: Negatív irányba is dönthető legalább 10%-ig (igen /nem): Igen

9. Korrekciós tükör, mobil: A tükör vízszintesen és függőlegesen is elhelyezhető az állványon (igen/nem): Igen

2. részajánlat tekintetében:

Ajánlattevő neve: ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1138 Budapest Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303 25721/9/B/299)

Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303 25721/9/B/299

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:

1. Nettó ajánlati ár (EUR-ban megadva): 130 891

2. Tangentoros kád: A vízszugárba levegő is bekeverhető (igen /nem): Igen

3. Mobil tangentor: A vízszugárhoz levegő is keverhető (igen /nem): Igen

4. Hydroxeur: Vízszintérzékelővel (igen /nem): Igen

5. Iszapkeverő berendezés: Hármasköpeny a fűtéshez (igen /nem): Igen

Az 1. részajánlatnál a rendelkezésre álló fedezet összege 76.220 EUR-ban, a 2. részajánlatnál 119.685 EUR-ban került meghatározásra, a projekt egészét (a 3. és 4. részeket is) figyelembe véve, az egyes részek közötti forrás átcsoportosításokkal a rendelkezésre álló fedezet elegendő a megvalósításhoz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben és a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni szíveskedjenek.

Berettyóújfalu, 2022. december 15.


Muraközi István
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Berettyóújfalú Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ROHU449 azonosítószámú "Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor Country, improvement of access and development in health care services in case of medical interventions for emergency situations- FA Phase", acronim IPHEALTH – FA Phase elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó „Rehabilitációs eszközök beszerzése” (megismételt eljárás) tárgyú közbeszerzési eljárás 1. és 2. részajánlatai tekintetében az eljárást eredményessé nyilvánítja, a rendelkezésre álló pályázati fedezet összege - átcsoportosítást követően - a tárgyi projektben elegendő az ajánlati ár.

A szerződések megkötethetők az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőkkel az alábbi ajánlati értékekkel:

1. részajánlat tekintetében:

Nyertes ajánlattevő neve: OMSZÖV-MEDIC Orvostechnikai Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1081 Budapest, Kenyérmező utca 6.)

Székhelye: 1081 Budapest, Kenyérmező utca 6.

Az ajánlat értékelési részszempont szerinti tartalmi elemei:

1. Nettó ajánlati ár (EUR-ban megadva): 70 087

2.Teremkerékpár: A páciens túlterhelésének elkerülése miatt a „forgatónyomaték” állandó értéken tartható (igen /nem): Igen

3. Teremkerékpár: Chipkártyás páciens azonosítás gyors, automatikus és menürendszerben való dokumentálást nem igénylő módon (igen /nem): Igen

4.Teremkerékpár: A szoftvercsomag kompatibilis a teremkerékpáron és a futópádon kívül más eszközökkel is bővíthetőséget biztosítva a későbbiekben (igen /nem): Igen

5. Futópáda kapaszkodóval: Chipkártyás páciens azonosítás gyors, automatikus és menürendszerben való dokumentálást nem igénylő módon (igen /nem): Igen

6.Futópáda kapaszkodóval: Automatikusan beállítja a sebességet a pácienshez a vezérlőpanel érintése nélkül (igen /nem): Igen

7.Futópáda kapaszkodóval: Gyakorló programokon kívül tesztprogramokkal is rendelkezik, pl. 6 perces sétateszt (igen /nem): Igen

8.Futópáda kapaszkodóval: Negatív irányba is dönthető legalább 10%-ig (igen /nem): Igen

9. Korrekciós tükör, mobil: A tükör vízszintesen és függőlegesen is elhelyezhető az állványon (igen/nem): Igen

2. részajánlat tekintetében:

Nyertes ajánlattevő neve: ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1138 Budapest Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303 25721/9/B/299)

Székhelye: 1138 Budapest Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303 25721/9/B/299

Az ajánlat értékelési részszerpont szerinti tartalmi elemei:

1. Nettó ajánlati ár (EUR-ban megadva): 130 891
2. Tangentoros kád: A vízszugárba levegő is bekeverhető (igen /nem): Igen
3. Mobil tangentor: A vízszugárhoz levegő is keverhető (igen /nem): Igen
4. Hydroxeur: Vízszintérzékelővel (igen /nem): Igen
5. Iszapkeverő berendezés: Hármasköpeny a fűtéshez (igen /nem): Igen

Határidő: azonnal

Felelős: Muraközi István polgármester

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Berettyóújfalu Város Önkormányzat** (Magyarország, 4100 Berettyóújfalu Dózsa György Utca 17-19), mint Ajánlatkérő által megindított „**Berettyóújfalu ROHU449 megismételt**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Nyílt eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok bontásáról**.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2022.11.23 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 4 darab, azaz négy ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Rehabilitációs mozgásterápiás és gyógytör 1

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 55534 EUR

A rész neve és száma: Hidroterápia és víz alatti terápia eszközei 2

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 76220 EUR

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 1138 Budapest Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303 25721/9/B/299

Rész neve: Rehabilitációs mozgásterápiás és gyógytör (1)

1. Nettó ajánlati ár (EUR-ban megadva) :

76 124

2. Teremkerékpár: A páciens túlterhelésének elkerülése miatt a „forgatónyomaték” állandó értéken tartható (igen /nem) :

Nem

3. Teremkerékpár: Chipkártyás páciens azonosítás gyors, automatikus és menürendszerben való dokumentálást nem igénylő módon (igen /nem): :

Igen

4. Teremkerékpár: A szoftvercsomag kompatibilis a teremkerékpáron és a futópádon kívül más eszközökkel is bővíthetőséget biztosítva a későbbiekben (igen /nem)::

Nem

5. Futópáda kapaszkodóval: Chipkártyás páciens azonosítás gyors, automatikus és menürendszerben való dokumentálást nem igénylő módon (igen /nem): :

Igen

6. Futópáda kapaszkodóval: Automatikusan beállítja a sebességet a pácienshez a vezérlőpanel érintése nélkül (igen /nem): :

Nem

7. Futópáda kapaszkodóval: Gyakorló programokon kívül tesztprogramokkal is rendelkezik, pl. 6 perces sétateszt (igen /nem): :

Igen

8. Futópáda kapaszkodóval: Negatív irányba is dönthető legalább 10%-ig (igen /nem): :

Nem

9. Korrekciós tükör, mobil: A tükör vízszintesen és függőlegesen is elhelyezhető az állványon (igen /nem)::

Igen

Rész neve: Hidroterápia és víz alatti terápia eszközei (2)

1. Nettó ajánlati ár (EUR-ban megadva):

130 891

2. Tangentoros kád: A vízszugárba levegő is bekeverhető (igen /nem) : :

Igen

3. Mobil tangentor: A vízszugárhoz levegő is keverhető (igen /nem)::

Igen

4. Hydroxeur: Vízszintérzékelővel (igen /nem) : :

Igen

5. Iszapkeverő berendezés: Hármasköpeny a fűtéshez(igen /nem) : :

Igen

Ajánlattevő neve: OMSZÖV-MEDIC Orvostechnikai Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 1081 Budapest Kenyérmező Utca 6.

Rész neve: Rehabilitációs mozgásterápiás és gyógytor (1)

1. Nettó ajánlati ár (EUR-ban megadva) :

70 087

2. Teremkerékpár: A páciens túlterhelésének elkerülése miatt a „forgatónyomaték” állandó értéken tartható (igen /nem):

Igen

3. Teremkerékpár: Chipkártyás páciens azonosítás gyors, automatikus és menürendszerben való dokumentálást nem igénylő módon (igen /nem): :

Igen

4. Teremkerékpár: A szoftvercsomag kompatibilis a teremkerékpáron és a futópádon kívül más eszközökkel is bővíthetőséget biztosítva a későbbiekben (igen /nem)::

Igen

5. Futópáda kapaszkodóval: Chipkártyás páciens azonosítás gyors, automatikus és menürendszerben való dokumentálást nem igénylő módon (igen /nem): :

Igen

6. Futópáda kapaszkodóval: Automatikusan beállítja a sebességet a pácienshez a vezérlőpanel érintése nélkül (igen /nem): :

Igen

7. Futópáda kapaszkodóval: Gyakorló programokon kívül tesztprogramokkal is rendelkezik, pl. 6 perces sétateszt (igen /nem): :

Igen

8. Futópáda kapaszkodóval: Negatív irányba is dönthető legalább 10%-ig (igen /nem): :

Igen

9. Korrekciós tükör, mobil: A tükör vízszintesen és függőlegesen is elhelyezhető az állványon (igen /nem)::
Igen

Rész neve: Hidroterápia és víz alatti terápia eszközei (2)

1. Nettó ajánlati ár (EUR-ban megadva):
131 602

2. Tangentoros kád: A vízszugárba levegő is bekeverhető (igen /nem): :
Nem

3. Mobil tangentor: A vízszugárhoz levegő is keverhető (igen /nem)::
Nem

4. Hydroxeur: Vízszintérzékelővel (igen /nem): :
Igen

5. Iszapkeverő berendezés: Hármass köpeny a fűtéshez(igen /nem): :
Igen

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.